


检验检测报告

(电子版)



No: 200028375

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: WROI-1527-14

共3页 第1页



委托单位	佛山市顺德区健乐斯医疗器械有限公司 地址: 佛山市顺德区勒流街道黄连社区居民委员会黄连集约工业区之三		
客户认定信息	一次性使用医用口罩 7个 批号款号: 20200303 号型规格: 17.5cm×9.5cm-3层, 非灭菌		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-03-09
		报告签发日期	2020-03-13
判定依据	YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	细菌过滤效率	YY/T 0969-2013	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 刘圆 工程师

刘圆

样品图片

(电子版)

No:200028375

共3页 第2页



检验检测报告附页 (电子版)

No: 200028375

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●细菌过滤效率 (%)	YY 0469-2011 附录B 测试菌种: 金黄色葡萄球菌ATCC 6538 测试面积: 40cm ² 气体流速: 28.3L/min 平均颗粒直径: 3.0 μm 阳性质控值: 1.9×10 ³ CFU 阴性质控值: <1CFU	≥95	BFE ₁ 99.9 BFE ₂ 99.8 BFE ₃ 99.8	符合	
备 注	(本栏空白)				

—————本报告结束—————